



Protected by
livinguard

Livinguard **PRO MASK**



CE	Medical Device Class I	Complies with
		EN14683:2019 Medical Mask Type I

Hiermit wird bestätigt, dass die Livinguard **PRO MASK** mit der Livinguard Technologie als Maske der Medizin-klasse 1 (DIN EN14683:2019) zertifiziert ist.

Identifikationsnr. 2024508/074, Richtlinie für Medizinprodukte

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter

www.livinguard.com



Protected by

livinguard

Livinguard PRO MASK

Die Livinguard PRO MASK ist als **medizinische Maske Typ I** klassifiziert und entsprechend nach **EN 14683:2019 zertifiziert**. Ebenso wie es von FFP2-Masken gefordert wird, filtert die Livinguard PRO MASK bei korrekter Verwendung mehr als 95 % der Tröpfchen und Aerosole. Sie verfügt über eine enganliegende Passform und erbringt eine **Filterfunktion** von mindestens **95 %**.

So kann die Livinguard PRO MASK effektiv vor einer Übertragung des Coronavirus schützen. Hinzu kommt ein besonderer weiterer Aspekt: Forscher der RWTH Aachen und der Freien Universität Berlin konnten nachweisen, dass die Livinguard PRO MASK, im Gegensatz zu FFP2-Masken, gängigen OP-Masken und anderen Standard-Stoffmasken, mehr als **99,9 % der Coronaviren (SARS-CoV-2) inaktiviert**.

Prof. Dr. Gerhard Hücker, wissenschaftlicher Experte im Bereich technische Hygiene der Zentralstelle der Länder für den Gesundheitsschutz von Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) sagt dazu: „Die Livinguard PRO MASK verfügt über alle Qualitäten einer FFP2-Maske und schützt darüber hinaus nachweislich vor einer Verbreitung des Coronavirus durch Kreuzkontamination. Dies trifft sowohl auf bekannte Varianten, als auch Virusmutationen zu.“

Darüber hinaus ist die Livinguard PRO MASK bis zu **210-mal wiederverwendbar** und muss lediglich einmal wöchentlich mit kaltem Wasser abgespült werden. Sie trägt somit unmittelbar dazu bei, die enormen Abfallmengen zu reduzieren, welche mit der Verwendung von Einwegmasken verbunden sind.



Akkreditierte
Prüfstelle nach
EN ISO 17025



Certificate

Livinguard AG
Bahnhofstrasse 12
6300 Zug
Switzerland

Pro Mask, Typ I

had been **tested** according to

EN 14683:2019

„Medical face masks - Requirements and test methods “
inclusive appendix B, appendix C

The conformity with these requirements
is confirmed by the test report number: B 24508

Identification Number: 2024508/074

Bischofshofen, 2020-06-22

Prof. Dr. med. H.-P. Werner
Managing Director
Medical Specialist for Hygiene & Microbiology